REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

KLASA: UP/I-351-02/09-08/150
URBROJ: 531-13-1-1-2-09-2
Zagreb, 31. prosinca 2009.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine", broj 178/04 i 60/08), povodom zahtjeva trgovačkog društva ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb, zastupano po direktoru Draganu Sabljiću, za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora, donosi

RJEŠENJE

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora prema metodi:

- Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica
  HRN ISO 9096:2006 (*ISO 9096:2003*) - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Ručna metoda određivanja niskih razina masenih koncentracija prašine
  HRN EN 13284-1:2007 (*EN 13284-1:2001*) - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu
  HRN ISO 10780:1997(*ISO 10780:1994*) - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Određivanje masene koncentracije sumporova dioksida-značajke rada automatskih mjernih metoda
  HRN ISO 7935:1997 (*ISO 7935:1992*) - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida-
  referentna metoda: kemiluminiscencija
  HRN EN 14792:2007 (*EN 14792:2005*) - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika
  ISO 12039:2001 - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008(CEN/TS 15675:2007)

- Određivanje masene koncentracije ukupnog plinovitog organskog ugljika u otpadnom plinu kod procesa koji koriste otapala- kontinuirana plameno ionizacijska metoda
  HRN EN 13526:2006 (*EN 13526:2001*)- zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

- Određivanje dimnog broja
  DIN 51402-1:1986 - zadovoljava zahtjeve HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)

II. Pravo iz točke I. ovoga rješenja odobrava se od 01. siječnja 2010. do 17. studenoga 2014. godine.

Obrazloženje

Dana 30. prosinca 2009. godine trgovačko društvo ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.

Uz zahtjev su dostavljeni dokazi iz članka 6. Pravilnika o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora („Narodne novine", broj 79/06).

U provedbenom postupku izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju: ovjerene preslike radnih knjižica i diploma zaposlenika, opis radnog iskustva zaposlenika, izvadak iz sudskog registra i ovjerena preslika Potvrde o akreditaciji broj: 1214, (KLASA: 383-02/08-30/50, URBROJ: 569-02/2-09-34 od 18. studenoga 2009. godine), prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025, izdane od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Priložena potvrda o akreditaciji istječe 17. studenoga 2014., pa je temeljem članka 9. stavka 1. Pravilnika o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora odobreno pravo iz točke I. ovoga rješenja do isteka tog roka.

Slijedom iznijetog, na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka, članka 8. podstavka 2. i članka 9. stavka 1. Pravilnika o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

DRŽAVNI TAJNIK

Dr. Nikola Ružinski

Dostaviti:

1. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Pismohrana, ovdje